

MOONPO VINA

Lô CN 02, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Mỹ Xã Hồ, Thành Bình Định



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-279

Calibrator/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE03796
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date/Ngày thực hiện: 12/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 12/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.0	5.02	±5%	5.25	4.75	Pass
9	8.12	±5%	9.45	8.55	Pass
12	12.13	±5%	12.6	11.4	Pass

Thực hiện bởi: Vin

Kiểm tra bởi: [Signature]