

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-298

Object/Tên thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date /Ngày thực hiện: 01/10/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất: VICT Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 01/10/2027
Model/Kiểu: VC97A Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Asset/Số quản lý: PIE05195 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
3V	3.013	2.9982	($\pm$) 1%	0.49	Pass
5V	5.02	4.9975	($\pm$) 1%	0.45	Pass
12V	12.05	11.992	($\pm$) 1%	0.48	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	0.016	0.0168	($\pm$) 1%	-0.05	Pass
mA	0.022	0.0236	($\pm$) 1%	-0.07	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10k Ω	9.80	9.873	($\pm$) 1%	-0.74	Pass
100k Ω	99.50	100.19	($\pm$) 1%	-0.69	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: