

Object/Đối tượng:

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Model/Kiểu:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Lực kế

Best Tool AIGU

AIGU TK-10000

PIE06432

10000g/200g

Calibration Date /Ngày thực hiện:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

Calibration Location/Nơi thực hiện:

Environment/Điều kiện môi trường:

01/08/2026

01/08/2027

PASS

MOONPO VINA

25.4°C/54.8%RH

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

PIE03894

Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg

22/07/2027

TSG-0-672240

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. Drag Funtion/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000	1000
5000	5000	200	5000	5000
10000	10000	200	10000	10000

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000,00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000,00	5200	Pass
10000	10000	9800	10000,00	10200	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: