

Lô CN-01, Khu Bông Nhịp Đông Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-172

Object/Ten thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

03/07/26

Manufacturer: Nha sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

03/07/27

Asset/Số quản lý:

PIE03775

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.8	4.85	±5%	5.04	4.66	Pass
4.5	4.52	±5%	4.725	4.275	Pass
3.6	3.62	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: