

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-26

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện : 15/04/2026

Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 15/04/2027

Asset/Số quản lý

PIE03975

Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS

Range/Dải đo

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện

CôngTy MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.6	3.63	±5%	3.78	3.4	Pass
4.5	4.52	±5%	4.73	4.3	Pass
3.1	3.12	±5%	3.26	2.9	Pass

Thực hiện bởi:



Kiểm tra bởi: