

MOONPO VINA

Lô CN-01 Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-105

Object/Tên thiết bị: Jig kiểm tra chức năng
 Manufacture/Nhà sản xuất: PIE01412
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: DT4282
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.00	5.10	±5%	5.25	4.75	Pass
7.50	7.52	±5%	7.875	7.125	Pass
9.00	9.10	±5%	9.45	8.55	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: