

MOONPO VINALô CN 01, Khu công nghiệp Công Văn IV,
Phước Ninh A, Huyện Phước Ninh, TP. Đà Nẵng**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-39

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/Nhà sản xuất:
 Asset/Số quản lý: PIE 03311
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 16/05/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 16/05/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.059	±5%	3.15	2.85	Pass
3.4	3.255	±5%	3.57	3.23	Pass
2.4	2.425	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: