

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-10

Object/Tên thiết bị: Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 25/03/2026

Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 25/03/2027

Asset/Số quản lý

PIE00618

Range/Dải đo

DC mA & μ A

Calibration Location/Nơi thực hiện

Environment/Điều kiện môi trường

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
300 mA	68.00	$\pm 5\%$	68.00	Pass

2. Calibration μ A/ Hiệu chuẩn đo μ A

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(μ A)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (μ A)	Result Kết quả
50 μ A	0.80	$\pm 5\%$	0.81	Pass

Thực hiện bởi:

Taru

Kiểm tra bởi:

Nhu

BM-PIE-13-01/REV01