MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-134

Object/*Tên thiết bị:*	Jig kiểm tra chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	21/05/2026
Manufature/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	21/05/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE05873	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	WI-PIE	**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	26.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.10	3.13	±5%	3.255	2.945	Pass
4.50	4.50	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi: _____ Kiểm tra bởi: _____