

Object/Tên thiết bị : Digital Multimeter

Nhà sản xuất: Twintex

Model/Kiểu TM-197

Asset/Số quản lý 50951

Range/Dải đo DC, Amp, Ω

Calibration Date /Ngày thực hiện : 04/05/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 04/05/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện

Công Ty MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/58%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Standard Weight Set : DC power supply (KA3005D), Digital Multimeter HIOKI

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Measuring instrument value/Giá trị phương tiện đo

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Kết quả
mV	304.8	304.53	($\pm$) 1%	0.09	Pass
V	3.708	3.7012	($\pm$) 1%	0.18	Pass
V	30.08	30.021	($\pm$) 1%	0.20	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Measuring instrument value/Giá trị phương tiện đo

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Kết quả
A	1.002	1.001	($\pm$) 1%	0.10	Pass
A	0.236	0.237	($\pm$) 1%	-0.42	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Measuring instrument value/Giá trị phương tiện đo

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Kết quả
10k Ω	10.01	10.005	($\pm$) 1%	0.05	Pass
100k Ω	0.9994	100.03	($\pm$) 1%	-99.00	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 