

MOONPO VINALô 10 - KCN Công nghiệp Đồng Văn IV,
Đường 2 A Hố, Quận Ninh Bình**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-23

Object/Vật thiết bị: Lực kế Calibration Date /Ngày thực hiện: 16/05/2026
 Manufacture/Nhà sản xuất: Bestool Kanon Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 16/05/2027
 Model/Kiểu: 500.00 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51268 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: 500g/10g Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1		Standard Weight Set : F2-500g-1kg-2kg	20/07/2026	TSG-0-542974

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100.00	100.00
200	200	10	200.00	200.00
500	500	10	430.00	430.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100.00	110	Pass
200	200	190	200.00	210	Pass
500	500	490	430.00	510	NG

Note : Đối với giải đo 500g **KHÔNG THỂ ĐO ĐƯỢC** do lực kế thực tế chỉ đo được 420g

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: