

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồng, Quận Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-299

Object/Tên thiết bị: Cân điện tử (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất: Mettler

Model/Kiểu: MT-01

Asset/Số quản lý: PIE06634

Range/Dải đo: 1000g/0,01g

Procedural/Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 1000g

d (Độ phân giải): 0,01g

Min (Tải nhỏ nhất): 0,03

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

Calibration Date/Ngày thực hiện: 24/09/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 24/09/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/54.7%RH

Standard Weight Set: F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1: 0 <m≤ 50 ± 0,05 g

Loading level (Mức tải) 2: 50 <m≤ 200 ± 0,1 g

Loading level (Mức tải) 3: 200 <m≤ 1000 ± 0,15 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 1000 g



Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	499.83	499.85	499.89	499.91	± 0.15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	499.87					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.0365					

2. Repeatability Test @Load P= 1000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 1000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	999.89	999.90	999.92	999.97	± 0,15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	999.920					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.036					

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 200g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	199.98	199.83	199.88	199.9	199.95	± 0,1	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		-0.15	-0.1	-0.08	0		
Độ lệch tâm của cân			0.0				



4. Weighing Test

Lần kiểm	Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	50	g	49.98	-0.02	± 0.05	Pass/Đạt
2	200	g	199.98	-0.02	± 0.1	Pass/Đạt
3	500	g	499.93	-0.07	± 0.15	Pass/Đạt
4	1000	g	999.89	-0.11	± 0.15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:

[Signature]

Kiểm tra bởi:

[Signature]