

MOONPO VINA

Là CN-ĐV, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển,
Hàng công nghiệp Việt Nam



Object/Tên thiết bị:

Jig test chức năng

Manufacturer/Nhà sản xuất:

PIE03863

Asset/Số quản lý:

DC Voltage

Range/Dải đo:

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-118

Calibration Date/Ngày thực hiện:

21/05/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

21/05/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
2.5	2.51	±5%	2.625	2.375	Pass
3.5	3.51	±5%	3.675	3.325	Pass
4.5	4.5	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: