

MOONPO VINA

Lô CN 01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-217

Object/Tên thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

31/07/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

31/07/2027

Asset/Số quản lý:

PIE00640

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.41	±5%	3.57	3.23	Pass
3.2	3.22	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.44	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: