



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-0-672242



Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>	MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.				
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	NAIREDD	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	Bach Le Quy		
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Gauge Block Set	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	22/JUL/2026		
Kiểu: <i>Model Number:</i>	1mm-100mm	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	22/JUL/2027		
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Nơi hiệu chuẩn:	Tại phòng thử nghiệm của Techmaster		
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	61315	Calibration Location:	In-Laboratory		
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	PIE03892	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE		
		Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE		

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/005026	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	TEV-DI022-21
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-07-30 20:27:59.9830000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	20 ± 2 °C / 50 ± 5 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
ME0006	MITUTOYO	516-996Z-10	APR/21/2027	TSG-0-646649	NMI
ME0658	MICROREP	DMS 680 HA	MAR/04/2027	TSG-0-605921	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-672242

Nhà sản xuất / *Manufacturer:*
NAIREDD

Kiểu / *Model:*
1mm-100mm

Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
PIE03892 / 61315

S/N	Giá trị danh định <i>UUT Nominal value</i>	Giá trị chuẩn <i>Standard Value</i>	Sai lệch tại tâm <i>Central error</i>	Giới hạn sai lệch <i>Error Limit</i>	Kết quả <i>Result</i>	Độ không phẳng <i>Variation in length</i>	Giới hạn độ phẳng <i>Variation Limit</i>	Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
Q0392	1 mm	0.99996 mm	0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.09 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q1469	1.005 mm	1.00502 mm	-0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q6393	1.01 mm	1.01000 mm	0.00 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.03 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q1733	1.02 mm	1.02000 mm	0.00 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q3289	1.03 mm	1.03004 mm	-0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P3042	1.04 mm	1.03999 mm	0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.05 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q2429	1.05 mm	1.04999 mm	0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.05 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P8380	1.06 mm	1.05996 mm	0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q8071	1.07 mm	1.07002 mm	-0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q3008	1.08 mm	1.08004 mm	-0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P0421	1.09 mm	1.09000 mm	0.00 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q2838	1.10 mm	1.10001 mm	-0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N9682	1.11 mm	1.10997 mm	0.03 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.03 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P5784	1.12 mm	1.12000 mm	0.00 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.05 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N4397	1.13 mm	1.13005 mm	-0.05 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.09 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N7172	1.14 mm	1.13997 mm	0.03 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N3995	1.15 mm	1.14996 mm	0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
M0993	1.16 mm	1.16004 mm	-0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N3759	1.17 mm	1.16999 mm	0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.09 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N5415	1.18 mm	1.18000 mm	0.00 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N2944	1.19 mm	1.18998 mm	0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P3577	1.2 mm	1.20002 mm	-0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P3201	1.3 mm	1.30005 mm	-0.05 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q7650	1.4 mm	1.40002 mm	-0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N4402	1.5 mm	1.49999 mm	0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.04 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P4836	1.6 mm	1.59996 mm	0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q2425	1.7 mm	1.69998 mm	0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.04 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P5439	1.8 mm	1.79998 mm	0.02 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
K8037	1.9 mm	1.90001 mm	-0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.05 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P4760	2 mm	1.99997 mm	0.03 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.03 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q2710	3 mm	3.00004 mm	-0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q1503	4 mm	3.99996 mm	0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.05 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q3598	5 mm	5.00004 mm	-0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P9138	6 mm	5.99997 mm	0.03 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
14440	7 mm	6.99996 mm	0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
P9405	8 mm	7.99999 mm	0.01 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.09 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
N6994	9 mm	9.00004 mm	-0.04 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q4381	10 mm	9.99997 mm	0.03 µm	0.45 µm	Đạt/Pass	0.08 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.17 µm
Q0515	20 mm	20.00002 mm	-0.02 µm	0.60 µm	Đạt/Pass	0.07 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.20 µm
P7386	30 mm	30.00002 mm	-0.02 µm	0.80 µm	Đạt/Pass	0.06 µm	0.30 µm	Đạt/Pass	0.21 µm

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-672242

Nhà sản xuất / *Manufacturer*:
NAIREDD

Kiểu / *Model*:
1mm-100mm

Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
PIE03892 / 61315

S/N	Giá trị danh định <i>UUT Nominal value</i>	Giá trị chuẩn <i>Standard Value</i>	Sai lệch tại tâm <i>Central error</i>	Giới hạn sai lệch <i>Error Limit</i>	Kết quả <i>Result</i>	Độ không phẳng <i>Variation in length</i>	Giới hạn độ phẳng <i>Variation Limit</i>	Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
N1711	40 mm	40.00004 mm	-0.04 μm	0.80 μm	Đạt/Pass	0.07 μm	0.30 μm	Đạt/Pass	0.22 μm
Q1266	50 mm	49.99997 mm	0.03 μm	0.80 μm	Đạt/Pass	0.05 μm	0.30 μm	Đạt/Pass	0.24 μm
N3243	60 mm	60.00002 mm	-0.02 μm	1.00 μm	Đạt/Pass	0.06 μm	0.35 μm	Đạt/Pass	0.26 μm
N1239	70 mm	70.00002 mm	-0.02 μm	1.00 μm	Đạt/Pass	0.04 μm	0.35 μm	Đạt/Pass	0.27 μm
N1991	80 mm	79.99995 mm	0.05 μm	1.20 μm	Đạt/Pass	0.09 μm	0.35 μm	Đạt/Pass	0.30 μm
N2756	90 mm	90.00003 mm	-0.03 μm	1.20 μm	Đạt/Pass	0.06 μm	0.35 μm	Đạt/Pass	0.32 μm
Q0220	100 mm	100.00004 mm	-0.04 μm	1.20 μm	Đạt/Pass	0.09 μm	0.35 μm	Đạt/Pass	0.34 μm

● **Ghi chú (Notes):**

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.



Thực hiện bởi:
Performed by

Le Quy Bach