

Lê Thị Mỹ, Kỹ công nghiệp Đông Văn IV,
Đoàn 103, Hội Tân Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-79

Object/Tên thiết bị:

Ampere kế

Calibration Date /Ngày thực hiện:

20/05/2026

Manufactured by: ~~Đã sản xuất~~

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

20/06/2027

Asset/Số quản lý:

PIE 06144

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC mA & μ A

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.6%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51196	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
200 mA	68	±5%	68.2	Pass

2. Calibration μA / Hiệu chuẩn đo μA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập (μA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (μA)	Result Kết quả
50μA	0.8	±5%	0.8	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: