



Object/Tên/thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date /Ngày thực hiện: 18/05/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất: Twintex Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 18/05/2027
Model/Kiểu: TM-197 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Asset/Số quản lý: 50440 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	351.28	351.1	($\pm$) 1%	0.05	Pass
V	3.707	3.7015	($\pm$) 1%	0.15	Pass
V	30.07	30.026	($\pm$) 1%	0.15	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
A	0.5030	0.5031	($\pm$) 1%	-0.02	Pass
A	0.236	0.237	($\pm$) 1%	-0.42	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10k Ω	9.84	9.876	($\pm$) 1%	-0.36	Pass
100k Ω	100	100.3	($\pm$) 1%	-0.30	Pass