

MOONPO VINALô CN 43, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường An Lạc, Quận Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-180

Object/Tên thiết bị:	Hộp nguồn	Calibration Date /Ngày thực hiện:	22/07/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất:		Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	22/07/2027
Asset/Số quản lý:	PIE03307	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:	DC Voltage	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test	Environment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3,0	3,03	±5%	3,15	2,85	Pass
3,2	3,1	±5%	3,36	3,04	Pass
2,4	2,44	±5%	2,52	2,28	Pass

Thực hiện bởi: TuyenKiểm tra bởi: Hoàng