

## MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-53

Object/Tên thiết bị: Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện : 15/04/2026

Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn :15/04/2027

Asset/Số quản lý

PIE00629

Range/Dải đo

DC mA &  $\mu$ A

Calibration Location/Nơi thực hiện

Environment/Điều kiện môi trường

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

## 1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập(mA) | MPE<br>$\pm 5\%$ | Giá trị đo được (mA) | Result<br>Kết quả |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 200 mA                            | 68.00                            | $\pm 5\%$        | 68.20                | Pass              |

2. Calibration  $\mu$ A/ Hiệu chuẩn đo  $\mu$ A

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập( $\mu$ A) | MPE<br>$\pm 5\%$ | Giá trị đo được ( $\mu$ A) | Result<br>Kết quả |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 50 $\mu$ A                        | 0.80                                   | $\pm 5\%$        | 0.80                       | Pass              |

Thực hiện bởi:



Kiểm tra bởi:

BM-PIE-13-01/REV01