

Lô CN-04, Khu công nghiệp Đông Tân IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-202

Object Ten biết bị.

Jig kiểm tra chức năng

Calibration Date / Ngày thực hiện:

16/01/2026

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

17/01/2027

Asset/Số quản lý:

PIE05840

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Environment/Điều kiện môi trường:

25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

測試機架校準記錄				
型號: <u>MANOPOLY 2016</u>		名稱: <u>PUBA JIG</u>		部門: <u>pie</u>
允差: <u>—</u> %		電壓允差: <u>±5%</u> V		<u>—</u> dB
規格	指示值	實際值	校準日期: <u>26.1.16</u>	標準儀器: <u>數顯</u>
<u>DC</u>	<u>4.5V</u>	<u>4.50V</u>	有效期至: <u>27.1.17</u>	編號: <u>CO0970</u>
			結論: <u>合格</u>	黃金板編號: <u>—</u>
			校準人: <u>吳國強</u>	



Thực hiện bởi:

Tuyên

Kiểm tra bởi:

about