



Lô 21, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước An, Hồ Chí Minh



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-37

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Asset/Sổ quản lý: PIE 03312

Range/Dải đo: DC Voltage

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date / Ngày thực hiện: 16/05/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 16/05/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: **PASS**

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Đài đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.016	±5%	3.16	2.85	Pass
3.2	3.21	±5%	3.36	3.04	Pass
2.5	2.509	±5%	2.625	2.375	Pass

Thực hiện bởi: Như

Kiểm tra bởi: _____