

MOONPO VINA

Lô CN-CP, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Bình Định



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-264

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE03353
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 09/09/26
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 09/09/27
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.53	±5%	4.725	4.275	Pass
3.1	3.06	±5%	3.255	2.945	Pass
3.6	3.65	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 