MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Hà Nam, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-362

Object/*Tên thiết bị:*	Ampe kế	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	27/10/2026
Manufaturer/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	27/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE01762	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC mA & µA	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
		Evironment/*Điều kiện môi trường:*	26.3°C/56.3%RH

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
1	HIOKI	DT4282	*01/04/2027*	*TSG-644666*
2	Power Suppiy	KA3005D	*15/05/2027*	*MPVN-2026-59*

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1.Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
50mA	40.00	±5%	39.10	PASS
200mA	180.00	±5%	177.90	PASS
100mA	90.00	±5%	88.50	PASS

2. Calibration µA/ Hiệu chuẩn đo µA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
100µA	0.80	±5%	0.74	PASS

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____