

Lê CN-DT, Khoa Dược & Hiệp đồng Văn IV,
Pharmacy L-110 - Tôn Đức Thắng



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-321

Obiect: Ten thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date / Ngày thực hiện:

06/18/2026

Manufacturer's name and address:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

06/10/2027

Asset/Số quản lý

PIE05494

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Da/ do:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn .lig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.6%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Đãi đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.03	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.22	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.46	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: