

MOONPO VINA

Lô 01-04 Khu Công nghiệp Đông Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-115

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất:
 Asset/Số quản lý: PIE03839
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date/Ngày thực hiện: 21/05/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
2.5	2.51	±5%	2.625	2.375	Pass
3.5	3.51	±5%	3.675	3.325	Pass
4.5	4.5	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi: HieuKiểm tra bởi: Hieu