

MOONPO VINA

Lô 24-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 3 & 4, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-25

Object/Tên thiết bị: Lực kế Calibration Date /Ngày thực hiện: 16/05/2026
 Manufacturer/Nhà sản xuất: OHABASIKI Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 16/05/2027
 Model/Kiểu: OHBA 7000g Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51269 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: 7000g/2000g Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế
 STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg		20/07/2026	TSG-0-542974

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Funtion/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000.00	1000.00
5000	5000	200	5000.00	5000.00
7000	7000	200	6400.00	6400.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000.00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000.00	5200	Pass
7000	7000	6800	6400.00	7200	NG

Note : Đối với dải đo 7000g **KHÔNG THỂ ĐO ĐƯỢC** do lực kế thực tế chỉ đo được 6400g

Thực hiện bởi: HaoKiểm tra bởi: Hao