

MOONPO VINA

Lô 1-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước An, TP. Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-223

Object/Tên thiết bị:

Lực kế

Calibration Date /Ngày thực hiện:

01/08/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Best Tool AIGU

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

01/08/2027

Model/Kiểu:

AIGU TK-500

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

PIE-06355

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

500g/10g

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

PIE03893

Standard Weight Set

22/07/2027

TSG-0-672239

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100	100
200	200	10	200	200
500	500	10	500	500

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100,00	110	Pass
200	200	190	200,00	210	Pass
500	500	490	500,00	510	Pass

Thực hiện bởi:

Tâm

Kiểm tra bởi:

Hào