MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu Công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-327

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test kẹp	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	08/10/2026
Manufature/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	08/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00329	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	4.2-46.7mm	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9.0	9.06	±5%	9.45	8.55	Pass
4.2	4.25	±5%	4.41	3.99	Pass
46.7	46.79	±5%	49.035	44.365	Pass

Thực hiện bởi:_____ **Kiểm tra bởi:**_____