

MOONPO VINALô Công Nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 14, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-192

Object/Tên thiết bị:	Lực kế	Calibration Date / Ngày thực hiện:	22/07/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất:	Best Tool AIGU	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	22/07/2027
Model/Kiểu:	AIGU TK-10000	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Asset/Số quản lý:	PIE05113	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Range/Dải đo:	10000g/200g	Environment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/54.8%RH
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế			

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1		Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-6kg	22/07/2027	TSG-0-542974

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Drag Function/Chức năng kéo**

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000	1000
5000	5000	200	5000	5000
10000	10000	200	10000	10000

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000.00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000.00	5200	Pass
10000	10000	9800	10000.00	10200	Pass

Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

Chau