

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình



Object/Tên thiết bị/Đối tượng (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất: Meilen

Model/Kiểu: MT01

Asset/Số quản lý: PIE03056

Range/Dải đo: 1000g/0.01g

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 3000g

d (Độ phân giải): 0.1g

Min (Tải nhỏ nhất): 0.1g

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-169

Calibration Date /Ngày thực hiện: 29/06/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 29/06/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/54.7%RH

Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1 : 0 $\leq 500 \pm 0.5 \text{ g}$

Loading level (Mức tải) 2 : 500 $\leq 2000 \pm 1 \text{ g}$

Loading level (Mức tải) 3 : 2000 $\leq 10000 \pm 1.5 \text{ g}$

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 15000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 15000 g



Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	15014	15009	15010	15009	± 15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	15010.50					
Độ lặp lại Repaatability(g)	2.3805					

2. Repeatability Test @Load P= 30000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 30000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	30006	30002	30003	30010	± 15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	30005.250					
Độ lặp lại Repeatability(g)	3.594					

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 10000g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	10003	10001	10004	10000	10001	± 15	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		-2	1	-3	-2		
Độ lệch tâm của cân		4.00					



4. Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE ($\pm$)	Results Kết quả
1	7000	g	7001	1	± 10	Pass/Đạt
2	17000	g	16999	1	± 15	Pass/Đạt
3	20000	g	20002	2	± 15	Pass/Đạt
4	25000	g	25001	1	± 15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: