MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-267

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	09/09/26
Manufacturer/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	09/09/27
Asset/*Số quản lý:*	PIE04330	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:* *Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.53	±5%	4.725	4.275	Pass
3.1	3.13	±5%	3.255	2.945	Pass
3.6	3.609	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi: _____ **Kiểm tra bởi:** _____