

MOONPO VINA

Là CN-ĐC Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Sài Hồ, Quận Vĩnh Bình



Object/Tên thiết bị: Jig Go & No Go
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE05322
 Asset/Số quản lý: 12.2mm - 12.3 mm
 Range/Dải đo: 12.2mm - 12.3 mm
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-276

Calibration Date /Ngày thực hiện: 12/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 12/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
12.2	12.23	±0,5	12.261	12.139	Pass
12.3	12.32	±0,5	12.3615	12.2385	Pass

Thực hiện bởi:

[Signature]

Kiểm tra bởi:

[Signature]