

MOONPO VINA

LÀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ
ĐIỀU KHIỂN CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-274

Object/Tên thiết bị	Jig Go & No Go	Calibration Date /Ngày thực hiện:	12/09/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất:		Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	12/09/2027
Asset/Số quản lý:	PIE05321	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:	8.5mm -8.7 mm	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedural/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go	Environment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
8.5	8.53	±0,5	8.5425	8.4575	Pass
8.7	8.71	±0,5	8.7435	8.6565	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: