

MOONPO VINA
 Là Công ty được ủy quyền thực hiện theo Phương Lũy



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-72

Object/Tên thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date /Ngày thực hiện: 20/05/2026
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: VICI Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 20/05/2027
 Model/Kiểu: VC97A Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51319 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	351.1	351.11	(±) 1%	0.00	Pass
V	3.714	3.7012	(±) 1%	0.35	Pass
V	30.09	30.026	(±) 1%	0.21	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	10.012	10.01	(±) 1%	0.02	Pass
mA	16.734	16.73	(±) 1%	0.02	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10kΩ	9.84	9.877	(±) 1%	-0.37	Pass
100kΩ	99.9	100.28	(±) 1%	-0.38	Pass

Thực hiện bởi:

[Signature]

Kiểm tra bởi:

[Signature]