MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-203

Object/*Tên thiết bị:*	Jig kiểm tra chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	16/01/2026
Manufature/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	17/01/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE05841	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	WI-PIE	**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều



測試機架校準記錄

型號: MONOPOLY 2016 名稱: PCBA JIG 部門: PIE

允差: — %; 電壓允差: ±5% V; — dB.

規格	指示值	實際值	校準日期: 26.1.16	標準儀器:
DC	4.5V	4.50V	有效期至: 27.1.15	編號:
			結論:	黃金板編號: —
			校準人:	



Thực hiện bởi: Tuyến **Kiểm tra bởi:** Hoan