MOONPO VINA

LÔ CN-01, Khu Công nghiệp Sông Văn IV, Phường [illegible], Tỉnh Hưng Yên

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-371

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	28/10/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	28/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00323	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*	*Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng*	**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.2	3.18	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.42	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi: _____ Kiểm tra bởi: _____