MOONPO VINA

Lô CN-01, Cụm Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-375

Object/Tên thiết bị:	Jig test kẹp	**Calibration Date /Ngày thực hiện:**	03/11/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất:		**Due Date/Hạn hiệu chuẩn:**	03/11/2027
Asset/Số quản lý:	PIE00330	**Result/Kết quả hiệu chuẩn:**	PASS
Range/Dải đo:	4.2-9.0mm	**Calibration Location/Nơi thực hiện:**	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp	**Evironment/Điều kiện môi trường:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
4.2	4.21	±5%	4.41	3.99	Pass
9.0	9.01	±5%	9.45	8.55	Pass

Thực hiện bởi: _____ Kiểm tra bởi: _____