

Object/Tên thiết bị:

Lực kế

Calibration Date /Ngày thực hiện:

21/05/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Best Tool AIGU

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

21/05/2027

Model/Kiểu:

AIGU TK-500

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

PIE03106

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

500g/10g

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1		Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg	20/07/2026	TSG-0-542974

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100.00	100.00
200	200	10	200.00	200.00
500	500	10	500.00	500.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100.00	110	Pass
200	200	190	200.00	210	Pass
500	500	490	500.00	510	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: