

MOONPO VINA

Lô CH-01, Khu công nghệ cao Đồng Văn K,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn

Manufacturer/Nhà sản xuất: HIOKI

Asset/Số quản lý: PIE04145

Range/Dải đo: DC Voltage

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-251

Calibration Date /Ngày thực hiện: 05/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 05/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.06	±5%	3.15	2.85	Pass
6	6.15	±5%	6.3	5.7	Pass
9	9.08	±5%	9.45	8.55	Pass

Thực hiện bởi:

Vũ

Kiểm tra bởi: