

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-018

Object/Tên thiết bị	Tool check machine Vibration Tester 100	Calibration Date /Ngày thực hiện	20/04/2026
Nhà sản xuất:	KING WELLS	Due Date/Hạn hiệu chuẩn	20/04/2027
Model/Kiểu	N/A	Result/Kết quả hiệu chuẩn	Pass
Asset/Số quản lý	PIE-03962	Calibration Location/Nơi thực hiện	CôngTy MPVN
Range/Dải đo	101.82-1.618 mm	Environment/Điều kiện môi trường	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG


Standard Calipper Mitutoyo

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

Measuring instrument value/Giá trị phương tiện đo

Vị trí đo	Giá trị tiêu chuẩn (mm)	Giá trị đo được (mm)	Độ lệch	MPE (mm)	Kết quả
A	102	101.60	0.22	+1 mm -0	Pass
B	50.82	50.80	0.02	±0.5	Pass
C	1.618	1.59	0.028	±0.5	Pass

Thực hiện bởi:



Kiểm tra bởi:



BM-PIE-13-01/REV01