MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Hà Nam, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-350

Object/*Tên thiết bị*:	Hộp nguồn	**Calibration Date /*Ngày thực hiện*:**	22/10/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất*:		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn*:**	22/10/2027
Asset/*Số quản lý*:	PIE03305	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn*:**	PASS
Range/*Dải đo*:	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện*:**	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn*: *Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test*		**Evironment/*Điều kiện môi trường*:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.6	3.65	±5%	3.78	3.42	Pass
4.5	4.58	±5%	4.725	4.275	Pass
3.0	3.06	±5%	3.15	2.85	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____