

MOONPO VINA

Lô SX 01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 14, Hồ Tĩnh/Ninh BìnhGIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-240

Object/Tên thiết bị: Ampe kế
 Manufacture/Nhà sản xuất: PIE 00636
 Asset/Số quản lý: DC mA & μ A
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 25/08/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 25/08/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25,4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion	Nominal	MPE	Giá trị đo được (mA)	Result
Dải đo/Chức năng	Giá trị thiết lập (mA)	$\pm 5\%$		Kết quả
500 mA	68	$\pm 5\%$	68.3	Pass

2. Calibration μ A/ Hiệu chuẩn đo μ A

Range/Funtion	Nominal	MPE	Giá trị đo được (μ A)	Result
Dải đo/Chức năng	Giá trị thiết lập (μ A)	$\pm 5\%$		Kết quả
50 μ A	0.8	$\pm 5\%$	0.81	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: