MOONPO VINA

LÔ CN 04, Cụm công nghiệp Phùng Vân IV, Phường Bắc Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-356

Object/*Tên thiết bị:*	Jig Go & No Go	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	24/10/2026
Manufacturer/ *Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	24/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00294	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	8.3mm-8.8mm	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*	***Quy trình hiệu chuẩn Jig Go & No Go***	**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Kiểm tra độ dày

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên	Giới hạn dưới	Result Kết quả
8.3	8.32	±0,5	8.361	8.239	Pass
8.8	8.81	±0,5	8.8615	8.7385	Pass

Thực hiện bởi: _____

Kiểm tra bởi: _____