

MOONPO VINA

Lô CHAI - Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV,
Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên



Object/Tên thiết bị:

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Hộp nguồn

PIE04147

DC Voltage

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-252

Calibration Date/Ngày thực hiện: 05/09/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 05/09/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.06	±5%	3.15	2.85	Pass
6	6.15	±5%	6.3	5.7	Pass
10	10.08	±5%	10.5	9.5	Pass

Thực hiện bởi: VũKiểm tra bởi: [Signature]