

MOONPO VINA
 Là Công ty chuyên cung cấp thiết bị Điện và Điện tử Phương Nam



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-66

Object/Tên thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date / Ngày thực hiện: 20/05/2026
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: Victor Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 20/05/2027
 Model/Kiểu: VC890C Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 50979 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng
 STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mô số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	350	351.14	(±) 1%	0.32	Pass
V	3.68	3.7012	(±) 1%	-0.57	Pass
V	29.8	30.026	(±) 1%	-0.75	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	10.012	10.01	(±) 1%	0.02	Pass
mA	16.734	16.73	(±) 1%	0.02	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10kΩ	9.8	9.877	(±) 1%	-0.78	Pass
100kΩ	100.2	100.28	(±) 1%	-0.08	Pass

Thực hiện bởi:

[Signature]

Kiểm tra bởi:

[Signature]