

MOONPO VINA

Là đơn vị kinh doanh công nghiệp Điện tử, Viễn thông và Hệ thống Tự động hóa.

**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-60

Object/Tên thiết bị: Hộp điện trở Calibration Date /Ngày thực hiện: 15/05/2026
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PTE06153 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 15/05/2027
 Asset/Số quản lý: Ω Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Range/Dải đo: Ω Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn hộp điện trở Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Calibration Ω / Hiệu chuẩn đo Ω**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Neminal Giá trị thiết lập(Ω)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
10k Ω	10.00	$\pm 5\%$	10.01	PASS
100k Ω	100.00	$\pm 5\%$	100.00	PASS
300 Ω	300.00	$\pm 5\%$	300.01	PASS

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: