

MOONPO VINA

Là đơn vị, đơn vị công nghiệp được cấp IV,
Rất đáng tin cậy và chính xác



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-197

Object/Đối tượng: Jig test chức năng

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý: PIE05212

Range/Dải đo: 1.05-51mm

Calibration Date /Ngày thực hiện:

22/07/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

22/07/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

24.6°C/55%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Caliper

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1			19/05/2027	MPVN-2026-61

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test / Kiểm tra độ chính xác

Range/Fuction Dải đo (g)/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ± 0.01	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
1.05	1.06	± 0.01	1.06	1.04	Pass
2.10	2.11	± 0.01	2.11	2.09	Pass
43.0	43.00	± 0.01	43.01	42.99	Pass
1.70	1.71	± 0.01	1.71	1.69	Pass
3.40	3.39	± 0.01	3.41	3.39	Pass
51.00	51.01	± 0.01	51.01	50.99	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: