

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồng, Quận Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-209

Object/Tên thiết bị: Cân điện tử (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Model/Kiểu: B05

Asset/Số quản lý: PIE06167

Range/Dải đo: 5000g/1g

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/Thông số kỹ thuật:

Max (Tải lớn nhất): 5000g

d (Độ phân giải): 1g

Min (Tải nhỏ nhất): 3g

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/54.7%RH

Standard Weight Set: F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1: 0 <m≤ 500 ± 0.5 g

Loading level (Mức tải) 2: 500 <m≤ 2000 ± 1 g

Loading level (Mức tải) 3: 2000 <m≤ 10000 ± 1.5 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 500 g



Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	500	501	500	500	± 0.5	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	500,25					
Độ lặp lại Repeatability(g)	0,5000					

2. Repeatability Test @Load P= 1000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 1000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	1000	1000	1001	1001	± 1	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	1000,500					
Độ lặp lại Repeatability(σ)	0,577					

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 3000g

Kiểm tra độ lệch tâm ở 3000g							
Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	3000	3000	3001	3000	3000	± 1.5	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		0	1	0	0		
Độ lệch tâm của cân		0,10					



4. Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	50	g	50	0,01	± 0.01	Pass/Đạt
2	200	g	200	0,01	± 0.01	Pass/Đạt
3	1000	g	1000	0,01	± 0.015	Pass/Đạt
4	3000	g	3000	0	± 0.015	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

Thuan