

MOONPO VINA

Lô Công Nghiệp Công Nghệ Điện Tử, Phường

Lô Công Nghệ Điện Tử, Phường

TỈNH MOONPO

DEVELOPMENT

VIỆT NAM

## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-194

Object/Thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026  
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: VICI Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027  
 Model/Kiểu: VC97A Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
 Asset/Số quản lý: PIR05196 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
 Range/Dải đo: DC, Amp,  $\Omega$  Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH  
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng

## STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer          | Model   | Due Date       | Report Number      |
|----------------|-----------------------|---------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất          | Kiểu    | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 1              | HIOKI                 | DT4282  | 01/04/27       | TSG-644666         |
| 2              | Power Supply          | KA3005D | 15/05/2027     | MPVN-2026-59       |
| 3              | Điện Trở 300 $\Omega$ |         | 15/05/2027     | MPVN-2026-60       |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

## 1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

| Range<br>Dải đo | Measuring instrument<br>value<br>Giá trị phương tiện đo | Standard device value<br>Giá trị thiết bị tiêu chuẩn | MPE<br>( $\pm$ ) 1% | Độ lệch<br>% | Độ lệch<br>% |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| mV              | 351,1                                                   | 351,11                                               | ( $\pm$ ) 1%        | 0,00         | Pass         |
| V               | 3,713                                                   | 3,7012                                               | ( $\pm$ ) 1%        | 0,32         | Pass         |
| V               | 30,09                                                   | 30,026                                               | ( $\pm$ ) 1%        | 0,21         | Pass         |

## 2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

| Range<br>Dải đo | Measuring instrument<br>value<br>Giá trị phương tiện đo | Standard device value<br>Giá trị thiết bị tiêu chuẩn | MPE<br>( $\pm$ ) 1% | Độ lệch<br>% | Độ lệch<br>% |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| mA              | 10,011                                                  | 10,01                                                | ( $\pm$ ) 1%        | 0,01         | Pass         |
| mA              | 16,732                                                  | 16,73                                                | ( $\pm$ ) 1%        | 0,01         | Pass         |

## 3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

| Range<br>Dải đo | Measuring instrument<br>value<br>Giá trị phương tiện đo | Standard device value<br>Giá trị thiết bị tiêu chuẩn | MPE<br>( $\pm$ ) 1% | Độ lệch<br>% | Độ lệch<br>% |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10k $\Omega$    | 9,84                                                    | 9,877                                                | ( $\pm$ ) 1%        | -0,37        | Pass         |
| 100k $\Omega$   | 99,9                                                    | 100,28                                               | ( $\pm$ ) 1%        | -0,38        | Pass         |

Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

Hocmb