MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-338

Object/*Tên thiết bị:* Cân điện tử *(Electric Balance)*

Manufacturer/ *Nhà sản xuất:* JADEVER

Model/*Kiểu:* JCN-30K

Asset/*Số quản lý:* PIE05519

Range/*Dải đo:* 30000g/1g

Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*

Calibration Date /*Ngày thực hiện:* 13/10/2026

Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:* 13/10/2027

Result/*Kết quả hiệu chuẩn:* PASS

Calibration Location/*Nơi thực hiện:* MOONPO VINA

Evironment/*Điều kiện môi trường:* 25.1°C/54.7%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật) :

Max (Tải lớn nhất) : 30000g

d (Độ phân giải) : 1g

Min (Tải nhỏ nhất) : 20g

Level of Accuracy (Cấp chính xác) : III

Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1 : 0 <m≤ 500 ± 0.5 g

Loading level (Mức tải) 2 : 500 <m≤ 2000 ± 1 g

Loading level (Mức tải) 3 : 2000 <m≤ 10000 ± 1.5 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 500 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	500	500	500	500	± 0.5	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	500.00					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.0000					

2. Repeatability Test @Load P= 10000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 10000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	10005	10005	10005	10005	± 1	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	10005.000					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.000					

3.Kiểm tra độ lệch tâm ở 30000g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	30000	30000	30000	30000	30000	± 1.5	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		0	0	0	0		
Độ lệch tâm của cân		0.10					





4.Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	500	g	500	0.01	± 0.1	Pass/Đạt
2	2000	g	2001	0.01	± 0.1	Pass/Đạt
3	10000	g	10005	0.01	± 0.15	Pass/Đạt
4	30000	g	30000	0	± 0.15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi: _____ **Kiểm tra bởi:** _____